

## DESTINAZIONE D'USO: PO DI PESARO –BLOCCO OPERATORIO

FORNITORE:	
MARCA:	

[illegible]

Prova effettuata in data: \ \2018

	Scarso	Suffic.	Discreto	Buono	Ottimo
<b>Facilità di utilizzo</b>					
Manovrabilità					
Accensione					
Manipoli terminali					
caricabatterie					
Cassette esterne per sterilizzazione					
Kit asettici con batterie					
<b>Ergonomia</b>					
Maneggevolezza/bilanciamento SEGA SAGITTALE					
Particolari affinamenti per migliorare l'ergonomia					
Maneggevolezza/bilanciamento Manipolo rotante doppio grilletto per grandi ossa terminali					
Maneggevolezza/bilanciamento Manipolo rotante doppio grilletto per traumatologia terminali					
<b>Funzionalità/Operatività</b>					
Regolazione delle funzioni della sega sagittale e dei manipoli					
Velocità					
Funzioni di taglio					
Coppia manipolo rotante per grandi ossa					
Velocità in perforazione					
Velocità in alesaggio					
<b>Qualità/sicurezza</b>					
Sega sagittale					
Rumore (se il sistema è modulare occorre esprimere il valore includendo il terminale sagittale)					
Manipolo rotante doppio grilletto					
Manipolo rotante doppio grilletto per traumatologia					
Interruttori di sicurezza terminali					
caricabatterie					
Kit asettici					